

検体番号 1848 品名 菌床干し椎茸 (中国産)

測定日 2015.6.29 充填量(g) 112 測定時間(秒) 10800 測定温度(°C) 27.1

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	4.9	0.00	
セシウム 134	不検出	4.9	0.00	
カリウム 40	618±199	63.9	0.18	

放射能測定結果 レポート出力日時: 2015/06/29 13:18
レポート生成ソフトウェア: CSK Monitor X Ver.2.8.2

測定環境

測定機器: CSK-3i-X(S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor X Ver.2.8.2
測定番号: 1848	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2015/06/29 08:38	測定担当: 安東
測定時間(秒): 10800	測定容器: 1Lマリネリ容器 (全量充填)

検体情報

検体名: 菌床干しいたけ (中国産)	重量(g): 112.0
採取場所: 輸入者 大黒天物産株 岡山県倉敷市	採取日時: 2015/06/29 08:34
備考: 27.1℃ 54.5%	

解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	不検出	4.9 Bq/kg	0.00 CPS
Cs-134:	不検出	4.9 Bq/kg	0.00 CPS
K-40:	618 ± 199 Bq/kg	[Peak] 63.9 Bq/kg	0.18 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】 Cs-137: N/A Cs-134: N/A

※ グラフは半値幅6の移動平均で平滑化しています

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウムは、不検出です。



コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ : <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>