

検体番号 1967 品名 木次ノンホモ牛乳（島根県産）

測定日 2015.9.13 充填量(g) 954 測定時間(秒) 43200 測定温度(°C) 27.6

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	0.5	0.01	計数率は、散乱による誤検出
セシウム 134	不検出	0.4	0.00	
カリウム 40	30.9±11.2	4.8	0.07	

放射能測定結果

レポート出力日時: 2015/09/14 08:44
レポート生成ソフトウェア: CSK Monitor X Ver.2.8.4

測定環境

測定機器: CSK-3i-X(S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor X Ver.2.8.4
測定番号: 1967	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2015/09/13 17:58	測定担当: 安東
測定時間(秒): 43200	測定容器: 1Lマリネリ容器(全量充填)

検体情報


検体名: 木次ノンホモ牛乳	重量(g): 954.0
採取場所: (有)木次乳業 島根県雲南市	採取日時: 2015/09/13 17:57
備考: 27.6°C 63.0%	
消費期限: 2015.08.11 lot:323-47-1B 323-47-1LB 323-47-3B	

解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	不検出	0.5 Bq/kg	0.01 CPS
Cs-134:	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS
K-40:	30.9 ± 11.2 Bq/kg [Peak]	4.8 Bq/kg	0.07 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】 Cs-137: N/A Cs-134: N/A



※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウムは不検出です。セシウム137計数率は、コンプトン散乱の影響を除去できていないためと思われる。セシウムのピークは、見えません。



コメント

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ : <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>