

検体番号 2001 品名 めんつゆ (京都産)

測定日 2015.9.24 充填量(g) 930 測定時間(秒) 21600 測定温度(°C) 27.9

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	0.7	0.02	計数率は、散乱による誤検出
セシウム 134	不検出	0.5	0.00	
カリウム 40	10.0±9.19	7.2	0.02	

放射能測定結果

レポート出力日時: 2015/09/25 01:49
レポート生成ソフトウェア: CSK Monitor X Ver.2.8.4

測定環境

測定機器: CSK-3i-X(S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor X Ver.2.8.4
測定番号: 2001	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2015/09/24 19:33	測定担当: 安東
測定時間(秒): 21600	測定容器: 1Lマリネリ容器 (全量充填)

検体情報


検体名: めんつゆ (京都) 6時間	重量(g): 930.0
採取場所: 柳富美屋 京都市中京区錦小路通橋町西入中	採取日時: 2015/09/24 19:29
備考: 27.9°C 61.8%	
賞味期限: 2015.10.18	

解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	不検出	0.7 Bq/kg	0.02 CPS
Cs-134:	不検出	0.5 Bq/kg	0.00 CPS
K-40:	10.0 ± 9.19 Bq/kg	7.2 Bq/kg	0.02 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】 Cs-137: N/A Cs-134: N/A



※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウムは、不検出です。セシウム137計数率は、コンプトン散乱の影響または、バックグラウンドの差によるご検出と思われる場合があります。セシウムのピークは見えません。



コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ : <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>