

検体番号 2296 品名 築城白米 (福岡県産)

測定日 2016.2.13 充填量(g) 858 測定時間(秒) 3600 測定温度(°C) 19.6

| 核種 | 濃度 (Bq/kg) | 検出下限値 (Bq/kg) | 計数率(cps) | 備考 |
|----------|------------|---------------|----------|-----------------|
| セシウム 137 | 不検出 | 1.0 | 0.02 | 計数率は、天然核種による誤検出 |
| セシウム 134 | 不検出 | 1.0 | 0.00 | |
| カリウム 40 | 20.3±18.8 | 14.5 | 0.04 | |

放射能測定結果

レポート出力日時: 2016/02/13 15:22
レポート生成ソフトウェア: CSK Reader Ver.2.6

測定環境

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 測定機器: CSK-3i-X (S/N: 027) | 測定ソフトウェア: CSK Monitor Ver.2.8.4 |
| 測定番号: 2296 | 測定場所: 阪神・市民放射能測定所 |
| 測定開始日時: 2016/02/13 14:11 | 測定担当: 影山 |
| 測定時間(秒): 3600 | 測定容器: 1Lマリネリ容器 (全量充填) |

検体情報


| | |
|---------------------|------------------------|
| 検体名: 築城白米 | 重量(g): 858.0 |
| 採取場所: 福岡県築上郡築上町 | 採取日時: 2016/02/13 14:09 |
| 備考: 19.6℃、25.6%、緑故品 | |

解析結果

| | 放射能濃度 | 測定下限 | 計数率 |
|---------|-------------------|------------|----------|
| Cs-137: | 不検出 | 1.0 Bq/kg | 0.02 CPS |
| Cs-134: | 不検出 | 1.0 Bq/kg | 0.00 CPS |
| K-40: | 20.3 ± 18.8 Bq/kg | 14.5 Bq/kg | 0.04 CPS |


但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】 Cs-137: N/A Cs-134: N/A



※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウム1は不検出です。計数率は天然核種の影響によるものと思われます。



コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。