

検体番号 2954 品名 しめじ（長野県産）

測定日 2017.4.1 充填量(g) 381 測定時間(秒) 43200 測定温度(°C) 19.8

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	0.9	0.01	検出疑い
セシウム 134	不検出	0.8	0.00	
カリウム 40	63.4±25.0	11.8	0.06	

放射能測定結果

レポート出力日時: 2017/04/02 09:52
レポート生成ソフトウェア: CSK Reader

測定環境

測定機器: CSK-3i-X (S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor Ver.2.8.4
測定番号: 2954	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2017/04/01 13:47	測定担当: 安東
測定時間(秒): 43200	測定容器: 1Lマリネリ容器(全量充填)

検体情報


検体名: しめじ(長野県) 12時間	重量(g): 381.0
採取場所: 長野県 業務スーパー本店で購入	採取日時: 2017/04/01 13:46
備考: 19.8°C 17.2%	

解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	不検出	0.9 Bq/kg	0.01 CPS
Cs-134:	不検出	0.8 Bq/kg	0.00 CPS
K-40:	63.4 ± 25.0 Bq/kg [Peak]	11.8 Bq/kg	0.06 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】 Cs-137: N/A Cs-134: N/A



※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウム137をわずかの検出している疑いがあります。



コメント欄

セシウム 137 の位置にわずかなピークが見られます。検出疑いありとしました。

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ : <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>