

検体番号 3487 品名 緑豆もやし (新潟県産)

測定日 2018.5.17 充填量(g) 547 測定時間(秒) 43200 測定温度(°C) 26.0

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	0.6	0.00	
セシウム 134	不検出	0.5	0.00	
カリウム 40	測定時間不足	8.2	0.01	

放射能測定結果

レポート出力日時: 2018/05/23 10:39
レポート生成ソフトウェア: CSK Reader Ver.2.6

測定環境

測定機器 : CSK-3i-X (S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor Ver.2.8.4
測定番号 : 3487	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2018/05/17 10:22	測定担当: 安東
測定時間(秒): 43200	測定容器: 1Lマリネリ容器 (全量充填)


検体情報

検体名: 緑豆もやし・12時間	重量(g): 547.0
採取場所: 新潟県魚沼市	採取日時: 2018/05/17 10:17
備考: 26.0°C 35.6%	
生産者: 興サラダコスモ新潟・新潟県南魚沼市南田中672-4	
販売: 興サラダコスモ・岐阜県中津川市千目1-15 購入: ダイエー阪神西宮店	

解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS
Cs-134:	不検出	0.5 Bq/kg	0.00 CPS
K-40:	不明瞭(測定時間不足)	8.2 Bq/kg	0.01 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。



※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウムは不検出です。



コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ : <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>