

検体番号 4229 品名 タケノコ (水煮) (中国産)

測定日 2021.7.13 充填量(g) 564 測定時間(秒) 43200 測定温度(°C) 28.4

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	0.6	0.00	
セシウム 134	不検出	0.4	0.00	
カリウム 40	16.8±11.9	8.5	0.02	

放射能測定結果 レポート出力日時: 2021/07/15 11:16
レポート生成ソフトウェア: CSK Reader

測定環境

測定機器: CSK-3i-X (S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor Ver. 2.9.0.beta1
測定番号: 4229	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2021/07/13 10:05	測定担当: 安東
測定時間(秒): 43200	測定容器: 1Lマリネリ容器 (全量充填)

検体情報

検体名: タケノコ (水煮)	重量(g): 564.0
採取場所: 中国・輸入: 源清田商事㈱・千葉県成田市吉井	採取日時: 2021/07/13 10:01
備考: 28.4℃ 48.2% 賞味期限: 2022.01.19	購入: ラムー神戸酒店

解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS
Cs-134:	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS
K-40:	16.8 ± 11.9 Bq/kg	8.5 Bq/kg	0.02 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】 Cs-137: N/A Cs-134: N/A

※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウムは不検出です。



コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ: <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>