

検体番号 4342 品名 福豆 (富山県産)

測定日 2022.1.27 充填量(g) 335 測定時間(秒) 43200 測定温度(°C) 18.0

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	1.2	0.00	
セシウム 134	不検出	0.6	0.00	
カリウム 40	573±132	13.7	0.49	

放射能測定結果

レポート出力日時: 2022/01/29 10:55
レポート生成ソフトウェア: CSK Reader

測定環境

測定機器: CSK-3i (S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor Ver.2.9.0.beta1
測定番号: 4342	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2022/01/27 10:33	測定担当: 安東
測定時間(秒): 43200	測定容器: 1Lマリネリ容器 (全量充填)

検体情報

検体名: 福豆	重量(g): 335.0
採取場所: 富山県	採取日時: 2022/01/27 10:28
備考: 18.0°C 37.3% 煎り大豆 購入先: 万代神戸魚崎店 賞味期限: 22.5.23 製造者: 両有馬 芳香堂稲美工場	

解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	不検出	1.2 Bq/kg	0.00 CPS
Cs-134:	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS
K-40:	573 ± 132 Bq/kg [Peak]	13.7 Bq/kg	0.49 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】 Cs-137: N/A Cs-134: N/A

※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

バックグラウンド ▲ 測定値 ▲

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウムは、不検出です。



コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ : <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>