

検体番号 4429 品名 ぶどうジュース (兵庫県産)

測定日 2022.6.30 充填量(g) 746 測定時間(秒) 43200 測定温度(°C) 28.8

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	0.5	0.00	
セシウム 134	不検出	0.3	0.00	
カリウム 40	12.3±8.80	6.3	0.02	

放射能測定結果

レポート出力日時: 2022/07/02 12:01
レポート生成ソフトウェア: CSK Reader

測定環境

測定機器: CSK-3i-X (S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor Ver. 2.9.0.beta1
測定番号: 4429	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2022/06/30 11:24	測定担当: 安東
測定時間(秒): 43200	測定容器: 1Lマリネリ容器 (全量充填)


検体情報

検体名: ぶどうジュース	重量(g): 746.0
採取場所: 神戸市西区	採取日時: 2022/06/30 11:20
備考: 28.8°C 37.5% 神戸産シャルドネ 販売者: 神戸農政公社 神戸市西区押部谷可高和1557-1 神戸ワイナリー 製造者: マンズワイン㈱ 山梨県甲州市勝沼町山400 賞味期限: 22.09.06	

解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	不検出	0.5 Bq/kg	0.00 CPS
Cs-134:	不検出	0.3 Bq/kg	0.00 CPS
K-40:	12.3 ± 8.80 Bq/kg	6.3 Bq/kg	0.02 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。



※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

バックグラウンド
▲
▲
▲
測定値
▲

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウムは、不検出です。



コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ : <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>