

2022年6月測定結果一覧

検体番号	測定日	検体名	測定時間	測定重量	検出結果			検出下限	計数率	備考
					Cs-137	Cs-134	K-40			
4416	2022/6/2	アルプス牛腎臓 (長野県下伊那郡大鹿村)	43200s	630g	Cs-137	不検出	0.6 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	62.8 ± 20.5 Bq/kg	7.4 Bq/kg	0.10 CPS		
4417	2022/6/4	山ぶき (徳島県)	43200s	602g	Cs-137	不検出	0.7 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	183 ± 45.8 Bq/kg	7.8 Bq/kg	0.27 CPS		
4418	2022/6/5	メロン(イバラキング) (茨城県・製造:JAほこた)	43200s	854g	Cs-137	不検出	0.5 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	0.3 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	77.7 ± 21.6 Bq/kg	5.5 Bq/kg	0.17 CPS		
4419	2022/6/7	レンコン (徳島県)	43200s	470g	Cs-137	不検出	0.8 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	125 ± 36.0 Bq/kg	10.0 Bq/kg	0.15 CPS		
4420	2022/6/9	紅はるか(さつまいも) (千葉県)	43200s	594g	Cs-137	不検出	0.6 Bq/kg	0.01 CPS	Cs-137をわずかに検出疑い有	
					Cs-134	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	74.1 ± 23.3 Bq/kg	7.9 Bq/kg	0.11 CPS		
4421	2022/6/15	米ぬか(にこまる) (熊本県)	43200s	341g	Cs-137	不検出	1.2 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	0.8 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	436 ± 104 Bq/kg	13.7 Bq/kg	0.37 CPS		
4422	2022/6/16	台湾パイ (台湾産)	43200s	834g	Cs-137	不検出	0.5 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	0.3 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	38.2 ± 13.6 Bq/kg	5.6 Bq/kg	0.08 CPS		
4423	2022/6/18	納豆のたれ (産地不明 販売:グリーンコープ)	43200s	680g	Cs-137	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	43.5 ± 15.9 Bq/kg	6.9 Bq/kg	0.07 CPS		
4424	2022/6/21	経木 (栃木県)	43200s	300g	Cs-137	85.0 ± 18.8 Bq/kg	1.3 Bq/kg	0.97 CPS	検出(原発事故由来)	
					Cs-134	1.39 ± 1.12 Bq/kg	0.8 Bq/kg	0.02 CPS		
					K-40	不検出	15.7 Bq/kg	0.00 CPS		
4425	2022/6/21	茅乃舎だし (福岡県・製造販売:榊久原本家)	43200s	240g	Cs-137	不検出	1.6 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	1.1 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	344 ± 91.0 Bq/kg	19.5 Bq/kg	0.21 CPS		
4426	2022/6/23	静岡緑茶 (静岡県牧之原市)	43200s	802g	Cs-137	不検出	0.5 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	0.3 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	不検出	5.8 Bq/kg	0.00 CPS		
4427	2022/6/27	コシヒカリ (新潟県 2020年産・販売:三糧米 殻・新潟県新発田市)	34200s	450g	Cs-137	不検出	0.9 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	不検出	11.1 Bq/kg	0.01 CPS		

検体番号	測定日	検体名	測定時間	測定重量	検出結果			検出下限	計数率	備考
4428	2022/6/28	ピューラックス(消毒液) (不明・㈱オーヤラックス:東京都千代田区)	43200s	951g	Cs-137	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	0.3 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	不検出	4.9 Bq/kg	0.00 CPS		
4429	2022/6/30	ぶどうジュース (神戸市西区)	43200s	746g	Cs-137	不検出	0.5 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	0.3 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	12.3 ± 8.80 Bq/kg	6.3 Bq/kg	0.02 CPS		