

検体番号 4461 品名 舞茸 (新潟県産)

測定日 2022.9.8 充填量(g) 415 測定時間(秒) 43200 測定温度(°C) 27.8

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	1.64±1.23	0.9	0.03	検出
セシウム 134	不検出	0.6	0.00	
カリウム 40	47.0±21.0	11.3	0.05	

放射能測定結果

レポート出力日時: 2022/09/11 09:56
レポート生成ソフトウェア: CSK Reader

測定環境

測定機器: CSK-3i-X (S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor Ver. 2.9.0.beta1
測定番号: 4461	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2022/09/08 11:18	測定担当: 安東
測定時間(秒): 43200	測定容器: 1Lマリネリ容器 (全量充填)

検体情報

検体名: 舞茸	重量(g): 415.0
採取場所: 新潟県・生産: 一正蒲鉾栽培センター・新	採取日時: 2022/09/08 11:15
備考: 27.8°C 42.8% LOT:02G1837	購入: 万代神戸魚崎店

解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	1.64 ± 1.23 Bq/kg	0.9 Bq/kg	0.03 CPS
Cs-134:	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS
K-40:	47.0 ± 21.0 Bq/kg [Peak]	11.3 Bq/kg	0.05 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】 Cs-137: 1.6 ± 1.2 Bq/kg Cs-134: N/A

※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウムは、不検出です。



コメント欄
放射性セシウム 137 を検出しました

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ : <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>