

2023年3月測定結果一覧

| 検体番号 | 測定日 | 検体名 | 測定時間 | 測定重量 | 検出結果 | | | 検出下限 | 計数率 | 備考 |
|------|-----------|------------------------------|--------|-------|--------|---------------------|------|------------|----------|-------------------------------|
| | | | | | Cs-137 | Cs-134 | K-40 | | | |
| 4533 | 2023/3/3 | 紅はるか (茨城県) | 43200s | 539g | Cs-137 | 不検出 | | 0.7 Bq/kg | 0.01 CPS | Cs-137をわずかに検出疑い有 |
| | | | | | Cs-134 | 不検出 | | 0.5 Bq/kg | 0.00 CPS | |
| | | | | | K-40 | 113 ± 32.3 Bq/kg | | 8.7 Bq/kg | 0.15 CPS | |
| 4535 | 2023/3/7 | アルプス牛腎臓 (長野県下伊那郡大鹿村) | 43200s | 1110g | Cs-137 | 不検出 | | 0.3 Bq/kg | 0.00 CPS | 不検出 |
| | | | | | Cs-134 | 不検出 | | 0.2 Bq/kg | 0.00 CPS | |
| | | | | | K-40 | 47.8 ± 14.1 Bq/kg | | 4.2 Bq/kg | 0.13 CPS | |
| 4537 | 2023/3/11 | 白菜 (茨城県) | 43200s | 648g | Cs-137 | 不検出 | | 0.6 Bq/kg | 0.01 CPS | 不検出 Cs-137計数率は誤検出 |
| | | | | | Cs-134 | 不検出 | | 0.4 Bq/kg | 0.00 CPS | |
| | | | | | K-40 | 29.9 ± 13.4 Bq/kg | | 7.2 Bq/kg | 0.05 CPS | |
| 4538 | 2023/3/14 | 小松菜 (茨城県銚田市・販売:JAほこた) | 39003s | 438g | Cs-137 | 不検出 | | 0.9 Bq/kg | 0.01 CPS | 不検出 Cs-137計数率は誤検出 |
| | | | | | Cs-134 | 不検出 | | 0.6 Bq/kg | 0.00 CPS | |
| | | | | | K-40 | 136 ± 39.2 Bq/kg | | 11.0 Bq/kg | 0.15 CPS | |
| 4539 | 2023/3/16 | 甘夏みかん (静岡県伊東市) | 43200s | 867g | Cs-137 | 1.14 ± 0.673 Bq/kg | | 0.4 Bq/kg | 0.04 CPS | Cs-137を検出、134は不明 |
| | | | | | Cs-134 | 不検出 | | 0.3 Bq/kg | 0.00 CPS | |
| | | | | | K-40 | 58.7 ± 17.6 Bq/kg | | 5.4 Bq/kg | 0.13 CPS | |
| 4542 | 2023/3/23 | 八朔 (静岡県伊東市) | 43200s | 710g | Cs-137 | 2.27 ± 0.995 Bq/kg | | 0.5 Bq/kg | 0.06 CPS | Cs-137を検出、134は不明 |
| | | | | | Cs-134 | 不検出 | | 0.4 Bq/kg | 0.00 CPS | |
| | | | | | K-40 | 32.4 ± 13.3 Bq/kg | | 6.6 Bq/kg | 0.06 CPS | |
| 4544 | 2023/3/25 | アルプス牛腎臓 (長野県下伊那郡大鹿村) | 43200s | 1102g | Cs-137 | 不検出 | | 0.3 Bq/kg | 0.00 CPS | 不検出 |
| | | | | | Cs-134 | 不検出 | | 0.2 Bq/kg | 0.00 CPS | |
| | | | | | K-40 | 49.1 ± 14.5 Bq/kg | | 4.3 Bq/kg | 0.13 CPS | |
| 4545 | 2023/3/26 | 天然水(老松丹水) (兵庫県伊丹市中央3-1-8) | 43200s | 1005g | Cs-137 | 2.62 ± 0.918 Bq/kg | | 0.4 Bq/kg | 0.10 CPS | 不検出 Cs-137,134は、天然核種による誤検出 |
| | | | | | Cs-134 | 0.592 ± 0.372 Bq/kg | | 0.3 Bq/kg | 0.03 CPS | |
| | | | | | K-40 | 不検出 | | 4.7 Bq/kg | 0.00 CPS | |
| 4547 | 2023/3/30 | シルクスイート(サツマイモ) (千葉県) | 43200s | 510g | Cs-137 | 1.25 ± 0.996 Bq/kg | | 0.7 Bq/kg | 0.02 CPS | Cs-137を検出、134は不明 |
| | | | | | Cs-134 | 不検出 | | 0.5 Bq/kg | 0.00 CPS | |
| | | | | | K-40 | 73.1 ± 24.4 Bq/kg | | 9.2 Bq/kg | 0.09 CPS | |