

2023年7月測定結果一覧

検体番号	測定日	検体名	測定時間	測定重量	検出結果		検出下限	計数率	備考
4599	2023/7/6	枝豆 (静岡県)	43200s	342g	Cs-137	不検出	1.1 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	0.7 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	109 ± 36.3 Bq/kg	13.7 Bq/kg	0.09 CPS	
4601	2023/7/9	玄米(イセヒカリ) (めぐめぐ農縁・兵庫県小野市)	43200s	915g	Cs-137	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	0.3 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	49.6 ± 15.4 Bq/kg	5.1 Bq/kg	0.11 CPS	
4603	2023/7/11	キャベツ (群馬県)	43200s	482g	Cs-137	不検出	0.8 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	0.5 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	38.3 ± 17.6 Bq/kg	9.7 Bq/kg	0.05 CPS	
4604	2023/7/13	とうもろこし (茨城県)	43200s	644g	Cs-137	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	61.2 ± 20.0 Bq/kg	7.3 Bq/kg	0.10 CPS	
4605	2023/7/15	なす (山梨県)	43200s	382g	Cs-137	不検出	1.0 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	0.7 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	46.9 ± 22.0 Bq/kg	12.3 Bq/kg	0.04 CPS	
4606	2023/7/16	てととみそ (兵庫県(大豆・こうじ))	43200s	915g	Cs-137	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	0.3 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	97.2 ± 25.3 Bq/kg	5.1 Bq/kg	0.22 CPS	
4607	2023/7/18	枝豆(黄門ちゃ豆) (茨城県)	19202s	400g	Cs-137	不検出	1.2 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	0.8 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	101 ± 36.5 Bq/kg	15.0 Bq/kg	0.10 CPS	
4608	2023/7/20	さつまいも(紅こがね) (茨城県)	43200s	637g	Cs-137	1.46 ± 0.899 Bq/kg	0.6 Bq/kg	0.04 CPS	Cs137を検出
					Cs-134	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	89.4 ± 25.9 Bq/kg	7.4 Bq/kg	0.14 CPS	
4609	2023/7/23	とうもろこし (群馬県)	43200s	515g	Cs-137	不検出	0.7 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	0.5 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	73.8 ± 24.4 Bq/kg	9.1 Bq/kg	0.09 CPS	
4610	2023/7/25	きゅうり (福島県)	43200s	607g	Cs-137	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	48.4 ± 17.8 Bq/kg	7.7 Bq/kg	0.07 CPS	
4611	2023/7/27	ミニトマト (茨城県)	43200s	371g	Cs-137	不検出	1.0 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	0.7 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	64.3 ± 26.0 Bq/kg	12.6 Bq/kg	0.06 CPS	
4612	2023/7/30	千寿の水(天然水) (兵庫県姫路市安富町関)	43200s	974g	Cs-137	1.03 ± 0.591 Bq/kg	0.4 Bq/kg	0.04 CPS	不検出 天然核種による誤検出
					Cs-134	不検出	0.3 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	不検出	4.8 Bq/kg	0.00 CPS	