

# 検体番号 4622 品名 御霊命水 (天然水) (徳島県産)

測定日 2023.08.25 充填量(g) 1027 測定時間(秒) 43200 測定温度(°C) 28.2

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	0.4	0.00	
セシウム 134	不検出	0.2	0.00	
カリウム 40	不検出	4.6	0.00	

### 放射能測定結果

レポート出力日時: 2023/08/26 13:52  
レポート生成ソフトウェア: CSK Reader

#### 測定環境

測定機器: CSK-3i-X (S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor Ver.2.9.0.beta1
測定番号: 4622	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2023/08/25 16:09	測定担当: 影山
測定時間(秒): 43200	測定容器: 1Lマリネリ容器 (全量充填)


#### 検体情報

検体名: 御霊命水	重量(g): 1027.0
採取場所: 徳島県鳴門市北灘町扇ヶ丸トノムラ	採取日時: 2023/08/21 11:05
備考: 28.2℃, 56.8%	



#### 解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS
Cs-134:	不検出	0.2 Bq/kg	0.00 CPS
K-40:	不検出	4.6 Bq/kg	0.00 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)  
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。



※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

バックグラウンド  測定値 

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。  
放射性セシウムは、不検出です。



### コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ : <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>