

2023年10月測定結果一覧

検体番号	測定日	検体名	測定時間	測定重量	検出結果			検出下限	計数率	備考
4639	2023/10/1	土壌 (兵庫県神崎郡福崎町)	43200s	1537g	Cs-137	13.8 ± 3.31 Bq/kg	0.5 Bq/kg	0.81 CPS	不検出 表示濃度は、天然核種による誤検出	
					Cs-134	12.6 ± 2.85 Bq/kg	0.3 Bq/kg	1.04 CPS		
					K-40	852 ± 178 Bq/kg	3.6 Bq/kg	3.26 CPS		
4640	2023/10/3	トマト (群馬県)	43200s	433g	Cs-137	不検出	0.9 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	48.4 ± 20.8 Bq/kg	10.8 Bq/kg	0.05 CPS		
4641	2023/10/5	きゅうり (群馬県)	43200s	550g	Cs-137	不検出	0.7 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	0.5 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	39.1 ± 16.6 Bq/kg	8.5 Bq/kg	0.05 CPS		
4642	2023/10/8	梨(豊水) (栃木県)	43200s	570g	Cs-137	不検出	0.7 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	31.6 ± 14.8 Bq/kg	8.2 Bq/kg	0.04 CPS		
4643	2023/10/10	梨(豊水) (福島県・JA夢みらい)	43200s	710g	Cs-137	不検出	0.5 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	30.4 ± 12.9 Bq/kg	6.6 Bq/kg	0.05 CPS		
4644	2023/10/12	さつまいも (茨城県)	43200s	587g	Cs-137	不検出	0.7 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	0.5 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	130 ± 35.1 Bq/kg	8.0 Bq/kg	0.19 CPS		
4645	2023/10/15	雪国まいたけ (新潟県)	43200s	296g	Cs-137	不明瞭(測定時間不足)	1.3 Bq/kg	0.02 CPS	Cs-137を検出	
					Cs-134	不検出	0.9 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	51.8 ± 26.5 Bq/kg	15.8 Bq/kg	0.04 CPS		
4646	2023/10/17	なす (山形県)	43200s	424g	Cs-137	不検出	0.9 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	47.4 ± 20.8 Bq/kg	11.0 Bq/kg	0.05 CPS		
4648	2023/10/21	アルプス牛腎臓 (長野県下伊那郡大鹿村)	43200s	1072g	Cs-137	不検出	0.4 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	0.2 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	58.2 ± 16.5 Bq/kg	4.4 Bq/kg	0.16 CPS		
4649	2023/10/23	脇川の念仏水(天然水) (兵庫県三木市細川町脇川)	43200s	992g	Cs-137	不検出	0.4 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137計数率は誤検出	
					Cs-134	不検出	0.3 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	不検出	4.7 Bq/kg	0.00 CPS		
4650	2023/10/24	生栗 (茨城県)	43200s	385g	Cs-137	不検出	1.0 Bq/kg	0.01 CPS	Cs137をわずかに検出疑い有	
					Cs-134	不検出	0.7 Bq/kg	0.01 CPS		
					K-40	123 ± 37.7 Bq/kg	12.2 Bq/kg	0.12 CPS		
4651	2023/10/26	新高梨 (福島県)	43200s	509g	Cs-137	不検出	0.7 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	0.5 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	27.9 ± 15.0 Bq/kg	9.3 Bq/kg	0.04 CPS		
4652	2023/10/31	キャベツ (群馬県)	43200s	381g	Cs-137	不検出	1.0 Bq/kg	0.00 CPS	不検出	
					Cs-134	不検出	0.7 Bq/kg	0.00 CPS		
					K-40	30.3 ± 18.6 Bq/kg	12.4 Bq/kg	0.03 CPS		