

## 2024年1月測定結果一覧

検体番号	測定日	検体名	測定時間	測定重量	検出結果		検出下限	計数率	備考
4680	2024/1/11	レンコン (茨城県)	43200s	577g	Cs-137	不検出	0.6 Bq/kg	0.01 CPS	不検出 Cs-137計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	1.0 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	99.2 ± 28.6 Bq/kg	8.0 Bq/kg	0.15 CPS	
4682	2024/1/18	ヤーコン (福島県)	43200s	683g	Cs-137	3.29 ± 1.23 Bq/kg	0.6 Bq/kg	0.09 CPS	Cs-137を検出、Cs-134は不明
					Cs-134	不検出	0.9 Bq/kg	0.01 CPS	
					K-40	64.1 ± 20.1 Bq/kg	6.8 Bq/kg	0.11 CPS	
4683	2024/1/20	リンゴ (福島県)	43200s	620g	Cs-137	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	0.9 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	22.6 ± 12.2 Bq/kg	7.5 Bq/kg	0.04 CPS	
4686	2024/1/22	アルプス牛腎臓 (長野県下伊那郡大鹿村)	42608s	1026g	Cs-137	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	52.5 ± 15.5 Bq/kg	4.5 Bq/kg	0.14 CPS	
4687	2024/1/24	醸造酢 (中国江蘇省鎮江市・輸入者:東永商事(株)・横浜市中区)	43200s	964g	Cs-137	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	86.5 ± 22.8 Bq/kg	4.8 Bq/kg	0.21 CPS	
4688	2024/1/25	千年水 (兵庫県宍粟市公文)	43187s	988g	Cs-137	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	不検出	4.7 Bq/kg	0.00 CPS	
4690	2024/1/27	コシヒカリ(玄米) (京都府福知山市鑄物師)	43200s	943g	Cs-137	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS	不検出
					Cs-134	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS	
					K-40	49.8 ± 15.3 Bq/kg	4.9 Bq/kg	0.12 CPS	
4691	2024/2/1	紅優甘(さつまいも) (茨城県)	43200s	537g	Cs-137	不検出	0.7 Bq/kg	0.00 CPS	不検出 Cs-134計数率は誤検出
					Cs-134	不検出	1.1 Bq/kg	0.01 CPS	
					K-40	122 ± 34.0 Bq/kg	8.7 Bq/kg	0.17 CPS	