

# 検体番号 4825 品名 ロースハム (外国産豚)

測定日 2024.12.17 充填量(g) 401 測定時間(秒) 43200 測定温度(°C) 19.0

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	0.9	0.00	
セシウム 134	不検出	1.4	0.00	
カリウム 40	70.7±26.3	11.6	0.07	

### 放射能測定結果

レポート出力日時: 2024/12/21 15:57  
レポート生成ソフトウェア: CSK Reader Ver.2.6

#### 測定環境

測定機器: CSK-3i-X (S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor Ver.2.9.0.beta1
測定番号: 4825	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2024/12/17 10:26	測定担当: 安東
測定時間(秒): 43200	測定容器: 1Lマリネリ容器 (全量充填)

#### 検体情報

検体名: ロースハム	重量(g): 401.0
採取場所: 外国産豚・製造: 錦鎌倉ハム富岡商会・神奈川	採取日時: 2024/12/17 10:23
備考: 19.0°C 25.7% LOT B24J1520156	

#### 解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	不検出	0.9 Bq/kg	0.00 CPS
Cs-134:	不検出	1.4 Bq/kg	0.00 CPS
K-40:	70.7 ± 26.3 Bq/kg [Peak]	11.6 Bq/kg	0.07 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)  
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】 Cs-137: N/A Cs-134: N/A

※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

バックグラウンド (Background) 測定値 (Measurement)

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。  
放射性セシウムは不検出です。



### コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ: <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>