

検体番号 4922 品名 ハナビラタケ（岩手県産）

測定日 2025.10.14 充填量(g) 422 測定時間(秒) 43200 測定温度(℃) 27.2

核 種	濃 度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	2.82±1.46	0.9	0.05	検出
セシウム 134	不検出	1.4	0.00	
カリウム 40	64.7±24.4	11.0	0.07	

放射能測定結果

レポート出力日時: 2025/10/16 13:45
レポート生成ソフトウェア: CSK Reader Ver.2.6

測定環境

測定機器: CSK-3i-X (S/N: 027) 測定ソフトウェア: CSK Monitor Ver.2.9.0.beta1
測定番号: 4922 測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2025/10/14 11:28 測定担当: 安東
測定時間(秒): 43200 測定容器: 1Lマリネリ容器(全量充填)

検体情報


検体名: ハナビラタケ(天然) 重量(g): 422.0
採取場所: 岩手県・メルカリで購入 採取日時: 2025/10/14 11:27
備考: 27.2℃ 43.2%
発送: 岩手県二戸市石切
みんなのデータサイトキノコ測定プロジェクト

解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	2.82 ± 1.46 Bq/kg	0.9 Bq/kg	0.05 CPS
Cs-134:	不検出	1.4 Bq/kg	0.00 CPS
K-40:	64.7 ± 24.4 Bq/kg [Peak]	11.0 Bq/kg	0.07 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】 Cs-137: 2.8 ± 1.5 Bq/kg Cs-134: N/A



※ グラフは平滑化4の移動平均で平滑化しています
阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウム137を検出しました。



コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ: <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>