
検体番号　５０１３　品　名　牛スジ（長野県産）

測定日　2026.10.3　充填量(g)　878　測定時間(秒)　43200　測定温度(℃)　25.1

核　種	濃　度（Bq/kg）	検出下限値（Bq/kg）	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	0.4	0.00	
セシウム 134	不検出	0.6	0.00	
カリウム 40	不検出	5.3	0.01	



放射能測定結果

レポート出力日時：2026/10/04 10:45
レポート生成ソフトウェア：CSK Reader Ver.2.6

測定環境

測定機器：CSK-3i-X (S/N: 027)　測定ソフトウェア：CSK Monitor Ver.2.9.0.beta1
測定番号：5013　測定場所：阪神・市民放射能測定所
測定開始日時：2026/10/03 11:33　測定担当：安東
測定時間（秒）：43200　測定容器：1Lマリネリ容器（全量充填）

検体情報

検体名：牛スジ　重量(g)：878.0
採取場所：長野県下伊那郡大鹿村・肥育生産者：青木達　採取日時：2026/10/03 11:30
備考：25.1℃　63.2%　賞味期限：2026.12.28
個体識別番号：0875725473　まあの様依頼品

解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137：	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS
Cs-134：	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS
K-40：	不検出	5.3 Bq/kg	0.01 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。（3σ精度）
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】　Cs-137: N/A　Cs-134: N/A

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウムは不検出です。





コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所　ブログ：http://hanshinshs.blog.fc2.com/